

昇温確認データシート

管理番号 NS0018
 メーカー AIR TECH
 機械名 クリーンオープン
 型式 AHO-300-54K
 S/N A1774 8403
 年式
 電源 3φ200V 15A
 備考 動作には問題なし

Lap settime	Date	Time	Value	Unit
0:00	2019/5/16	13:26	58	KTemp C
0:10	2019/5/16	13:36	94	KTemp C
0:20	2019/5/16	13:46	121	KTemp C
0:30	2019/5/16	13:56	143	KTemp C
0:40	2019/5/16	14:06	163	KTemp C
0:50	2019/5/16	14:16	180	KTemp C
1:00	2019/5/16	14:26	196	KTemp C
1:10	2019/5/16	14:36	210	KTemp C
1:20	2019/5/16	14:46	223	KTemp C
1:30	2019/5/16	14:56	235	KTemp C
1:40	2019/5/16	15:06	248	KTemp C
1:50	2019/5/16	15:16	259	KTemp C
2:00	2019/5/16	15:26	269	KTemp C
2:10	2019/5/16	15:36	278	KTemp C
2:20	2019/5/16	15:46	285	KTemp C
2:30	2019/5/16	15:56	291	KTemp C
2:40	2019/5/16	16:06	298	KTemp C
2:42	2019/5/16	16:08	299	KTemp C
2:44	2019/5/16	16:10	301	KTemp C
2:46	2019/5/16	16:12	302	KTemp C